



# ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

Ordynator : lek. med. Paweł Miękus

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni  
81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 TEL./FAX(058) 666 55 81

---

Gdynia, dnia 31 Lipca 2002 roku


## Zaświadczenie

Po przeprowadzeniu niezbędnych, specjalistycznych badań w Oddziale kardiologicznym Szpitala Miejskiego w Gdyni, dotyczących wpływu aparatu Ozonomatic Jolly PTL na funkcjonowanie i parametry stałego stymulatora serca stwierdzono, że powyższy zestaw nie oddziałuje niekorzystnie na implantowany układ stymulujący.

Może być bez żadnych ograniczeń stosowany u pacjentów z wszczepionym stałym stymulatorem serca.

Chciałbym również podkreślić, że powyższy zestaw Ozonomatic Jolly PTL nie ma najmniejszego wpływu na zdrowie u pacjentów po zabiegu przeszłowania naczyń wieńcowych (by-passy) oraz po wszczepionych sztucznych zastawkach serca.

Paweł Miękus

  
Ordynator Oddziału Kardiologicznego